



# İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ACİL ARABASI KONTROL FORMU

Sayfa No: 1  
TARİH: ...../...../201.....  
SERVİS:.....

Malzeme Adı	Adet			KONTROLÜ YAPAN HEMŞİRE																															
	Min	Max	Servis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
DIŞ EKİPMAN																																			
Defibrilatör + Jel	1	1																																	
Aspiratör	1	1																																	
Oksijen Tüpü	1	1																																	
Laringoskop Takımı	1	1																																	
Ambu + Maske	1	1																																	
Elektrot	10	20																																	
Malzeme Adı	Adet			Gün	Malzeme Adı	Adet			Gün	Malzeme Adı	Adet			Gün																					
	Min	Max	Servis	SKT		Min	Max	Servis	SKT		Min	Max	Servis	SKT																					
<b>YAN ÇEKMECE 1.</b>					<b>1. ÇEKMECE</b>					<b>2. ÇEKMECE</b>																									
Non Steril Eldiven	1	1			Entübasyon Tüpleri (4,5,6,7,8)	2	5			Adrenalin 1 mg amp.	6	20																							
Steril Eldiven (7,5-8)	1	2			Airway (0,2,4,5,6)	1	3			Atropin 1mg	6	10																							
<b>YAN ÇEKMECE 2.</b>					Guide pediatik- yetişkin Klavuz tel	1	2			Aminocardol 240 mg amp.	1	5																							
Tansiyon Aleti - Steteskop	1	1			Işık Kaynağı	1	1			Aritmal %2 amp.	1	5																							
<b>YAN ÇEKMECE 3.</b>					Makas	1	1			Avil 45,5 mg amp.	1	5																							
Oksijen maskesi hazneli	1	3			Sargı	1	1			Beloc 5mg amp.	1	5																							
										Calsium amp.	1	5																							
										Cordarone 150 mg amp.	4	10																							
										Capril 5 mg tb	1	3																							
										Dekort 8mg amp.	1	5																							

**NOT:** Kilit kırılmamış ise formda yazan stok esas alınacaktır. Kilit kırıldı ise yeni kilidi takan servis adedini tamamlayıp kapatacağı ve bu sütunu dolduracaktır.

Kilit Kırılma Tarihi

Kilit No

Kilit Kırılma Nedeni

Kilidi Açan

Diazem 10 mg amp.	1	5			Combivent puf/inh.	1	1			<b>4. ÇEKMECE</b>					Kontrol Eden ve Kapatın
Dormicum 5 mg amp.	2	5								Aspirasyon Sondaları (8,10,14)	2	5			
Dopamine 200 mg amp.	2	5								Foley Sonda (10,16,18)	1	3			
Steradin 4mg/4ml	2	5								İdrar Torbası	1	3			
Epanutin 250 mg amp.	1	3								NG Sonda (8,10,16)	1	2			Yeni Kilit No
Esmeron 50 mg flk.	1	3			<b>3. ÇEKMECE</b>					Spanç - Ped	2	5			
Transamine %5 250 mg	1	3			Anjiocat (her boy)	3	5			Katajel	1	1			
Ketalar 500 mg flk	1	3			Enjektör (2-5-10 ml+ insülin enj)	3	5			<b>5. ÇEKMECE</b>					Kilit Kapatma Tarihi
Lasix 20 mg amp.	5	10			Flaster	1	1			%10 veya %20 Dekstroz 500 cc	1	3			
Magnezyum amp.	3	5			Serum Seti	2	5			%20 Mannitol 500 cc	1	3			
Prednol 40 mg amp.	5	10			Dosiflow	1	3			Volüven 500 cc	1	5			O N A Y
Perlinganit	1	3			Pump Seti	1	3			İzotonik 500 cc veya 100 cc	1	5			
Potasyum	3	5			Kan Seti	2	5								
Propofol	2	5			Kan Tüpleri (her renk)	1	3								
Sodyumbikarbonat	5	10			Kan Gazı Enjektörü	1	3								
Ventolin puf/inh.	1	1			NG Enjektör 50 cc	1	2								