



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI
PANİK DEĞER BİLDİRİM TALIMATI

Doküman No:OE-BK-PR-001 / TL-012
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Bu talimat, laboratuvar sonuçlarının doğruluğunun sağlanması ve risk oluşturan sonuçların bir an önce hastaya ve hekimine bildirilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Panik Değer Listesi'nde belirtilen test sonuçlarını kapsar.

3. Sorumlular

Laboratuvar teknisyenleri ve sorumluları

4. Uygulama

4.1. Numunenin uygun olup olmadığı kontrol edilir.

4.2. Testin hastaya ait daha önceki değerleri otomasyondan kontrol edilir.

4.3. Testin cihaz kalibrasyon ve kontrolleri gözden geçirilir.

4.4. Cihazın okumalarında anormallik olup olmadığı izlenir.

4.5. Numune ve cihazla ilgili bir problem yoksa test tekrar çalışılır.

4.6. Tekrar edilen testin sonucu normal değer aralığında çıkarsa üçüncü kez çalışılır.

4.7. Bu durumda üçüncü çalışmanın sonucuna göre değerlendirme yapılır. Üçüncü tekrar sonuçları da normal değer aralığında çıkmış ise sonuç normal olarak işlem görür.

4.8. İkinci tekrarda sonuçları panik değer aralığında çıkan hastaların sonuçları HBYS üzerinden Panik Değer Bildirimi yapılır, ayrıca Sonuçları “**Panik Değer Listesi**” nde bulunan aralıklarda çıkan hastaların sonuçları hastanın primer hekimine ya da hemşiresine “ **Panik Değer Bildirim Formu**” ile bildirilir.

5. İlgili Dokümanlar

5.1. Panik Değer Listesi

5.2. Panik Değer Bildirim Formu

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM