



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TANDEM APLİKATÖRÜ HASTA KONTROL FORMU

Hastanın Adı Soyadı		Hepatit B	
		Hepatit C	
Protokol No		HIV	
		Anestezi fişi	
Tanı ve Ekternal RT bilgisi		BT-MR-PET	
		Onam Formu	

Fraksiyon sayısı	1. fr	2. fr	3. fr	4. fr	5. fr
Tarih					
Hb, pt, ptt değerleri					
İşl. Öncesi Antibiyotik Profilaksisi					
Analjezik Uygulaması					
Antibiyotik Profilaksisi					

	1. fr	2. Fr	3. Fr	4. Fr	5. fr
Brakiterapi					
Konformal tasarım					
Konformal planlama(3B)					
Kompleks					
1-4 kaynak seansı					
5-8 kaynak seansı					
9-12 kaynak seansı					
>12 kaynak seansı					
Film					
Bilgisayarlı Tomografi					
Anestezi					
Damar yolu					
İdrar sondası					
IM enjeksiyon					
IV enjeksiyon					
Seed					
Rektal tüp					
Mesaneye kontrast					



İÜ

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

TANDEM APLİKATÖRÜ HASTA KONTROL FORMU

Fraksiyon sayısı			1.fr	2.fr	3.fr	4.fr	5.fr
Tarih							
FLETCHER	Tandem açısı	15°					
		30°					
	Tandem uzunluğu						
	Ovoid boyutu	15 mm					
		20 mm					
		25 mm					
		30 mm					
		35 mm					
40 mm							
Retraktör	Var/ Yok						
	İnce/ Geniş						
TANDEM-RİNG	Tandem uzunluğu	2 cm					
		4 cm					
		6 cm					
	Ring boyutu	26 mm					
		30 mm					
Retraktör	Var/ Yok						
TANDEM-SİLİNDİR/ MULTICH.	Tandem uzunluğu	15° 4 cm					
		30° 6 cm					
		45° 8 cm					
	Silindir çapı	2 cm					
		2.5 cm					
		3 cm					
		3.5 cm					
	Silindir sayısı						
	Fiksator	Delikli bar					
		Küçük bar					
Mutlichannel aplikatör							
Vajen derinliği							
Kaynak sayısı							
Kaynak yerleşim no'su							
Referans dozu							