




İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ORTAM RADYASYON İZLEM FORMU

Cihaz	Kumanda Odası	Kapı	Bitişik Alanlar*			
			A	B	C	D
Ameliyathane Röntgen						
Cirus Co-60						
Siemens Oncor						
Varian 6 DBX						
Varian Trilogy						
CyberKnife						
Nucletron HDR						
Röntgen						
Philips BT-Sim						
Nucletron Simulix Sim						

Limitler**

< 20 µSv / saat

Bitişik Alanlar: Ölçümlerde cihaz odalarının sağ (A), sol (B), arka (C) ve üst (D) bitişiğinde yer alan alanlar baz alınmıştır.*



*Limitler**: Ölçümler için tüm cihazların maksimum doz çıkışı ve maksimum çalışma süresi baz alınmıştır.*

Kullanılan Ölçüm Cihazı: Ludlum 9 - 4

Seri no: 297978

Kalibrasyon Tarihi: 09.07.2013

Ölçüm Tarihi:

Ölçümü Yapan Sağlık Fizikçisi: