



**İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KIRIK BUZ MAKİNASI KULLANMA
TALIMATI**

Doküman No:OE-GEN-PR-001/TL-010
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. AMAÇ

Bu talimat, kırık buz makinasının doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, kırık buz makinasını kapsar.

3. SORUMLULAR

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji laboratuvar çalışanları

4. UYGULAMALAR

4.1. Cihazın elektrik bağlantısı ve tesisat bağlantısı kontrol edilerek önündeki düğmeden açılarak kullanılır.

4.2. 24 saat süreyle buz sağlanması amacıyla cihaz laboratuvarımızda sürekli açık bulunmaktadır.

4.3. Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM