



**İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
PATOLOJİ LABORATUVARI
ETÜV KULLANMA TALİMATI**

Doküman No:OE-PAT-PR-001/TL-005
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Bu talimatın amacı, Etüv cihazının doğru ve eksiksiz kullanımını sağlamaktır.

2. Kapsam

Bu talimat, Etüv cihazını kapsar

3. Sorumlular

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji Laboratuvar Çalışanları

4. Uygulamalar

4.1. Cihaz açma-kapama düğmesinden cihaz açılır.

4.2. İçinde belirli bir sıcaklık elde edilerek kurutma, mikrop üretme ve dezenfekte veya sterilizasyon gibi işlemler için hazır hale gelmiştir.

4.3. İstenilen işlem bittiğinde cihaz kapama düğmesinden kapatılır.

4.4. Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır.

4.5. İçindeki malzemeler sıcak olduğunda belirli bir süre (10-15dk) beklendikten sonra çıkarılır.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN:

ONAYLAYAN:

SÜREC SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM