



CIRUS CO-60 RADYOTERAPİ CİHAZI AYLIK KONTROL TESTLERİ

MEKANİK-ELEKTRİK-GEOMETRİK KONTROLLER:

İŞLEM	ÖLÇÜLEN	TOLERANS
Işıklı alan ve radyasyon alanının uyumu		3 mm
Alan ölçüsü göstergesi		2 mm
Gantry ve kolimatör açısı göstergesi		1°
Çapraz teller konum kontrolü		1 mm
Wedge ve blok tepsilerin kilit sistemi kontrolü		Fonksiyonel
Kaynak açılıp kapanma mekanizmasının kontrolü		Fonksiyonel

Tarih Gün/Ay/Yıl:

Kontrolü Yapan Uzman Fizikçi: