



NUCLETRON SİMÜLATÖR CİHAZI GÜNLÜK KONTROL TESTLERİ

1. <u>DONANIM</u> <u>KONTROLÜ</u>	PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA
Hasta-Tedavi teknisyeni Haberleşme Sistemi (Çalışıyor-Çalışmıyor)					
Hasta izleme sistemi (Kapalı devre TV sistemi veya Pb cam) (Çalışıyor-Çalışmıyor)					
Kontrol Paneli Kilitleme Sistemi (Çalışıyor-Çalışmıyor)					
Tedavi masanın fren sisteminin kontrolü (Çalışıyor-Çalışmıyor)					
2. <u>MEKANİK</u> <u>KONTROLLER</u>					
Işıklı alanın aydınlanması (Yeterli-Yetersiz)					
Lazer kontrolü (± 2 mm)					
Çapraz tel eksenini ile radyasyon alanı eksenini uygunluğu (± 2 mm)					
Optik mesafe gösterge kontrolü (± 2 mm)					
Işık-ışın alanı uyumu kontrolü (± 2 mm)					
TARİH					
KONTROLÜ YAPAN TEKNİSYEN					
KONTROLÜ YAPAN FİZİKÇİ					