1. Amaç

Sedimantasyon cihazının doğru kullanılması.

2. Kapsam

Tıbbi Biyokimya laboratuvarı

3. Sorumlular

Tıbbi Biyokimya laboratuvarı çalışanları.

4. Uygulama

4.1. Cihazın açma düğmesinden cihaz açılır.

4.2. Kan seviyesinin tüpün işaretli çizgisine kadar alınmış olup olmadığı kontrol edilir.

4.3. Ekrana "Ana Menü" gelince sedimantasyon tüpleri cihazın içindeki kuyucuklara barkodları okutulduktan sonra sırayla yerleştirilir.

4.4. Testler bittiğinde cihaz ekranda uyarı verir ve çıkan sonuçlar otomasyon sistemine aktarılır.

4.5. Çalışma bitiminde tekrarı istenen numuneler cihaza yüklenerek okuma tekrarlanır.

4.6. Ölçümleri biten tüpler gün sonunda tıbbi atık bidonlarına **"Çevre ve Atık Yönetimi Talimatı"**na göre atılır.

5. İlgili Dökümanlar

5.1. Çevre ve Atık Yönetimi Talimatı

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Süreç Sorumlusu	Kalite Temsilcisi	Başhekim