NUCLETRON AFTERLOADİNG BRAKİTERAPİ CİHAZI
YILLK KALİTE KONTROL TESTLERİ

1. MEKANİK KONTROLLER	Uygun	Uygun Değil
1a. Yıllık iş yükünün gözden geçirilmesi ve buna bağlı alan ve personel dozimetrisinin değerlendirilmesi		
1b. Eğer binada yerleşim değişikliği ve yapı değişikliği olduysa radyasyon seviyesi denetiminin yenilenmesi		
1c. Kullanılan iyon odasının kalibrasyonunun kontrolü		
1d. Personel eğitiminin gözden geçirilmesi		
2. DOZİMETRİK KONTROLLER		
2a. Kayanak aktivitesinin kontrolü		
2b. Mekanik veya otoradyografi yöntemiyle, sahte kaynakların yapısının ve aralıklarının kontrolü		
2c. Tüm aplikatörlerde, sahte kaynağın kaynak duruş pozisyonunun kontrolü		
2d. Tedavi ünitesinin kaynak bozunmasını doğru hesapladığının kontrolü		
2e. Tedavi ünitesine saklanan standart planların konfigürasyonlarının kontrolü		
2f. Kalite kontrol presüdürlerinin kontrolü		

Kontrolü Yapan Fizik Uzmanı */ Tarih:*